

GESTIÓN DE RIESGOS					Elaborado por: Nombre Apellido, 201x			
Equipo de trabajo: Nombre Apellido Nombre Apellido	Asunto: Bioseguridad en Servicio Técnico y Aplicaciones							
VALORACIÓN DEL RIESGO					CONTROL DEL RIESGO		COMUNICACIÓN	REVISIÓN
Actividad del proceso	Identificación del riesgo	Análisis de riesgo			Control de riesgo		Comunicación del riesgo	Revisión del riesgo
		Frecuencia o Probabilidad	Efecto	Consecuencias (Clase)	Medidas de Reducción del riesgo	Aceptación del riesgo		
Reparación, Mantenimiento y acciones de Aplicaciones	1. Pinchazo c/aguja del equipo CC, Inm, Hema	F	Bio-riesgo Infección pot. traspaso barreras biológ.	II	Ser cuidadoso al trabajar. Cumplir 100% acc. Post-expos.	Se acepta	Cursos de Bioseguridad	Anual
	2. Pinchazo c/aguja de jeringa BGE	F	Bio-riesgo Infección pot. traspaso barreras biológ.	II	Ser cuidadoso al trabajar. Cumplir 100% acc. Post-expos.	Se acepta		
	3. Corte c/objeto que tocó materiales biológicos	F	Bio-riesgo Infección pot. traspaso barreras biológ.	II	Ser cuidadoso al trabajar. Cumplir 100% acc. Post-expos.	Se acepta		
	4. Contacto mater. biolog. sobre piel lesionada	F	Bio-riesgo Infección pot. traspaso barreras biológ.	II	Ser cuidadoso al trabajar. Cumplir 100% acc. Post-expos.	Se acepta		
	5. Contacto mater. biolog. sobre piel inflamada	F	Bio-riesgo Infección pot. traspaso barreras biológ.	II	Ser cuidadoso al trabajar. Cumplir 100% acc. Post-expos.	Se acepta		
	6. Rasparse c/objeto que tocó mat. biológicos	F	Bio-riesgo Infección pot. traspaso barreras biológ.	II	Ser cuidadoso al trabajar. Cumplir 100% acc. Post-expos.	Se acepta		
	7. Saplicadura sobre ojos, boca o nariz.	M	Bio-riesgo Infección pot. por absorción en mucosas	II	Ser cuidadoso al trabajar. Cumplir 100% acc. Post-expos.	Se acepta		
	8. Aspiración de polvo al limpiar un instrumento	F	Infección pot. por inhalación	III	Uso de elementos de protección	Se acepta		
	9. Contacto de manos sucias con ojos o boca	F	Infección pot. absorción en mucosas o ingestión	II	Ser cuidadoso al trabajar. Cumplir 100% acc. Post-expos.	Se acepta		
	10. Comer, beber o fumar en área contaminada	M	Infección pot. absorción en mucosas o ingestión	II	Evitar estas acciones	Se acepta		
Instalación	11. Aplastamiento o pellizco de dedos, manos o pies al mover o eventual caída del instrumento.	O	Lesión o herida de entidad variable	II	Ser cuidadoso al trabajar.	Se acepta		
	12. Contacto de manos con piso contaminado	F	Bio-riesgo Infección pot. traspaso barreras biológ.	II	Ser cuidadoso al trabajar. Cumplir acc. Post-expos.	Se acepta		
Descontaminación	13. Saplicadura desinfectante sobre ojos o boca.	F	Lesión de entidad menor a media	III	Ser cuidadoso al trabajar.	Se acepta		
	14. Contacto de manos con líquidos residuales contaminados.	F	Bio-riesgo Infección pot. traspaso barreras biológ.	II	Ser cuidadoso al trabajar. Cumplir acc. Post-expos.	Se acepta		
Reparación y Mantenimiento no Bioriesgoso	15. Vertido importante líquidos residuales al piso	M	Pot. contaminación a otras personas	II	Ser cuidadoso al trabajar.	Se acepta		
	16. Shock eléctrico	O	Lesión de entidad menor a media	II	Ser cuidadoso al trabajar. Guantes. No reloj o anillo	Se acepta		
	17. Quemadura	O	Lesión o herida de entidad variable	III	Ser cuidadoso al trabajar. Guantes. No reloj o anillo	Se acepta		
	18. Corte	M	Lesión o herida de entidad variable	III	Ser cuidadoso al trabajar.	Se acepta		
	19. Saplicadura desinfectante sobre ojos o boca.	M	Lesión de entidad menor a media	III	Ser cuidadoso al trabajar.	Se acepta		
	20. Accidente de transito	M	Daño personal de entidad variable	II	Entrenamiento en "manejo defensivo"	Se acepta		